

作成日 2022年7月1日

不確かさの推定値記録

計算に使用したデータ期間		2022年1月4日～2022年3月3日			
		HbA1c: 2022年4月20日～2022年6月21日			
	項目	濃度	拡張不確かさ(%)	濃度換算値	95%信頼区間
1	総蛋白	5.0	2.30	0.1	4.9-5.1
		7.0	2.23	0.2	6.8-7.2
2	ALB	3.1	4.12	0.1	3.0-3.2
		4.2	4.04	0.2	4.0-4.4
3	Na	133	1.5	2	131-135
		153	1.3	2	151-155
4	K	4.1	3.34	0.1	4.0-4.2
		6.3	2.61	0.2	6.1-6.5
5	Cl	94	1.9	2	92-96
		109	1.6	2	107-111
6	総Ca	8.9	1.86	0.2	8.7-9.1
		11.9	1.80	0.2	11.7-12.1
7	Mg	2.0	4.67	0.1	1.9-2.1
		4.9	2.18	0.1	4.8-5.0
8	GLU	91	1.4	1	90-92
		235	1.4	3	232-238
9	UN	16	3.0	1	15-17
		43	2.8	1	42-44
10	CRE	1.01	3.961	0.04	0.97-1.05
		4.31	1.831	0.08	4.23-4.39
11	UA	5.0	2.54	0.1	4.9-5.1
		8.3	2.51	0.2	8.1-8.5
12	TC	105	2.5	3	102-108
		248	2.1	5	243-253
13	TG	106	2.9	3	103-109
		248	2.4	6	242-254
14	AST	40	4.0	2	38-42
		101	2.9	3	98-104
15	ALT	29	5.8	2	27-31
		90	3.5	3	87-93
16	CK	151	3.3	5	146-156
		326	2.8	9	317-335
17	ALP	77	4.6	4	73-81
		190	4.3	8	182-198
18	LD	146	3.5	5	141-151
		394	2.9	12	382-406
19	GGT	26	5.4	1	25-27
		93	3.7	3	90-96
20	AMY	104	3.0	3	101-107
		255	2.8	7	248-262
21	HbA1c	4.9	0.94	0.1	4.8-5.0
		10.4	0.83	0.1	10.3-10.5
総評			昨年度と同等な不確かさであった		