

作成日 2023年4月12日

### 不確かさの推定値記録

計算に使用したデータ期間		2023年1月16日～2023年3月14日			
		HbA1c: 2023年1月16日～2023年3月14日			
	項目	濃度	拡張不確かさ(%)	濃度換算値	95%信頼区間
1	総蛋白	4.8	2.27	0.1	4.7-4.9
		7.4	1.99	0.1	7.3-7.5
2	ALB	3.0	4.82	0.1	2.9-3.1
		4.5	4.74	0.2	4.3-4.7
3	Na	133	1.8	2	131-135
		152	1.7	3	149-155
4	K	4.0	3.03	0.1	3.9-4.1
		6.1	2.07	0.1	6.0-6.2
5	Cl	92	2.2	2	90-94
		111	2.0	2	109-113
6	総Ca	9.4	2.88	0.3	9.1-9.7
		11.9	2.75	0.3	11.6-12.2
7	Mg	2.1	3.22	0.1	2.0-2.2
		4.8	2.53	0.1	4.7-4.9
8	GLU	92	1.9	2	90-94
		235	1.9	4	231-239
9	UN	15	3.3	1	14-16
		42	3.7	2	40-44
10	CRE	0.99	3.284	0.03	0.96-1.02
		4.26	2.165	0.09	4.17-4.35
11	UA	5.2	2.52	0.1	5.1-5.3
		8.2	2.22	0.2	8.0-8.4
12	TC	105	2.5	3	102-108
		254	2.1	5	249-259
13	TG	99	2.6	3	96-102
		249	2.4	6	243-255
14	AST	37	4.4	2	35-39
		103	3.0	3	100-106
15	ALT	27	5.8	2	25-29
		89	3.5	3	86-92
16	CK	146	3.7	5	141-151
		313	3.0	9	304-322
17	ALP	75	4.5	3	72-78
		189	4.3	8	181-197
18	LD	162	3.3	5	157-167
		400	3.0	12	388-412
19	GGT	25	5.8	1	24-26
		92	3.7	3	89-95
20	AMY	102	3.2	3	99-105
		250	3.0	8	242-258
21	HbA1c	5.5	1.01	0.1	5.4-5.6
		9.7	0.91	0.1	9.6-9.8
総評			昨年度と同等な不確かさであった		