

放射線部管理機器								
	装置名	メーカー	日常点検 (院内スタッフ)	定期点検（外部業者）		校正記録		備考
				実施者	頻度	実施者	頻度	
CT	SOMATOM Edge Plus	シーメンス社	日常点検	外部業者	1回/年			15番検査 (単純撮影)
	SOMATOM Drive	シーメンス社	日常点検	外部業者	2回/年			61番検査
	Aquilion ONE Genesis (型式：TSX-305A/1W)	キヤノンメディカルシステムズ	日常点検	外部業者	4回/年			63番検査
MRI	Signa HDxt Optima Edition1.5T	GEヘルスケアジャパン社	日常点検	外部業者	必要時点検			41番検査
	MAGNETOM Avanto fit	シーメンス社	日常点検	外部業者	2回/年			42番検査
アイソトープ検査	CT670 Q.Suite Pro (骨シンチ)	GEヘルスケアジャパン社	日常点検	外部業者	3回/年			1番検査室
	NM830	GEヘルスケアジャパン社	日常点検	外部業者	2回/年			2番検査室
血管造影	INFX-8000V/NC	キヤノンメディカル	日常点検	外部業者	4回/年			51番検査室
	INFX-8000V/HK	キヤノンメディカル	日常点検	外部業者	2回/年			52番検査室
	Artis zee biplane	シーメンス社	日常点検	外部業者	3回/年			53番検査室
放射線治療	TrueBeam	varian	日常点検	外部業者	4回/年			治療室 1
	VitalBeam	varian	日常点検	外部業者	4回/年			治療室 2
X線	RADSpeed Pro EDGE	島津メディカル	日常点検	外部業者	2回/年			撮影室21～23 胸部・腹部
	RADSpeed Pro EDGE	島津メディカル	日常点検	外部業者	2回/年			撮影室31～33 骨部
乳房専用X線(マンモ)	FDR MS-3500	富士フィルムメディカル	日常点検	外部業者	2回/年			撮影室24

検査部管理機器											
	装置名		メーカー	日常点検 (院内スタッフ)	定期点検（外部業者）		校正				備考
					実施者	頻度	実施者	頻度			
標準温度計	0～50℃	ガラス製温度計 (器物番号37040)	安藤計器製工所				外部業者	1回/5年 2023/6		冷蔵庫用	
	-200℃ ～400℃	デジタル指示温度 計(SST-100PT)	SANSYO				外部業者	1回/5年 2024/2		冷凍庫用	
温度管理集中システム	監視機能付き無線ロガー MD8114-P00		チノー	日常点検			院内スタッフ	1回/年 2024/6設置		標準温度計による校正	
検体保管庫	2～8℃	MPR-N450FH-PJ	PHC株式会社	日常点検						機器番号123-820	
	－40～－ 20℃			日常点検							
	－85～－ 75℃	KM-DU34H1J	PHC株式会社	日常点検						機器番号123-910	
	35～39℃	EI-450V	アズワン	日常点検						機器番号020-516	
冷却遠心機	S300TR	W80026	KUBOTA	日常点検	外部業者	1回/年				機器番号123-317 機器番号123-320	
心電計(治験用)	cardio star	FCP-7541	フクダ電子	始業点検	ME	1回/年				管理番号061916	
	cardio star	FCP-7541	フクダ電子	始業点検	ME	1回/年				管理番号061917	
	cardio star	FCP-7541	フクダ電子	始業点検	ME	1回/年				管理番号061918	
	cardio star	FCP-7541	フクダ電子	始業点検	ME	1回/年				管理番号062131	
							心臓	血管	腹部	表在	
超音波画像診断装置	Vivid E9		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●				機器番号080-210
	LOGIQ S8		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-211
	APLIO500		キャノンメディカルシステムズ	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-212
	EPIQ7		PHILIPS	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●			機器番号080-288
	Vivid E95①		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●			機器番号080-502
	LOGIQ S8 FS		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-503
	LOGIQ E10s①		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-517
	LOGIQ E10s②		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-521
	Vivid E95 ②		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●			機器番号080-526
	Vivid E95 ③		GEヘルスケアジャパン	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●			機器番号080-529
	Aplio i800CV		キャノンメディカルシステムズ	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-531
	Aplio i700CV		キャノンメディカルシステムズ	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-537
	Aplio a Verifia		キャノンメディカルシステムズ	日常点検	外部業者あるいは 自主点検	1回/年	●	●	●	●	機器番号080-542

	品質保証施設認証書	日本臨床衛生検査技師会		1回/2年				
	ISO15189認定証	日本適合性認定協会		1回/1～2年				
治験薬管理 ：詳細は「治験薬の温度管理について」をご覧ください								
	装置名	メーカー	日常点検 (院内スタッフ)	定期点検（外部業者）		校正		備考
				実施者	頻度	実施者	頻度	
温度ロガー (治験薬管理用)	WirelessThermo Recorder RTR-501	T&D	1回/開院日			外部業者	1回/年	
治験管理室管理								
	装置名	メーカー	日常点検 (院内スタッフ)	定期点検（外部業者）		校正		備考
				実施者	頻度	実施者	頻度	
血圧計	ES-P2020ZZ	TERUMO	日常点検	外部業者	1回/年			
	HCR-7107	オムロン	日常点検	外部業者	1回/年			
	エレマーノ2 ES-H56	TERUMO	日常点検	外部業者	1回/年			
パルスオキシメーター	フィンガーティップパルスオキシメーター OXI CUTE	コーケンメディカル	日常点検	外部業者	故障時点検依頼			3年毎買換え
体温計	テルモ電子体温計 C232	テルモ株式会社	日常点検					1年毎買換え
病院管理								
	装置名	メーカー	日常点検 (院内スタッフ)	定期点検（外部業者）		校正		備考
				実施者	頻度	実施者	頻度	
体重計	デジタルフラットスケールseca877	seca		外部業者	検定 2年1回			1階
身長計	YS-OA	吉田製作所				院内スタッフ	1回/年	1階
体重計	デジタル体重計WB-260A	タニタ		外部業者	検定 2年1回			2階
身長体重計	デジタル身長体重計AD-6351	エー・アンド・デイ		外部業者	検定 2年1回			2階 2台
身長体重計	DIGITAL BABY TABLE M-5000K	中村医科工業		外部業者	検定 2年1回			2階
身長計	ポータブル身長計seca213	seca				院内スタッフ	1回/年	2階